



# ИНСТРУКЦИИ ЗА Спринцовки с АВТОМАТИЧНО ИЗКЛЮЧВАНЕ

## ПОКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

Спринцовките с автоматично изключване са специално проектирани като инструмент за инжектиране на лекарства в човешкото тяло.

### Основна структура и свойства

- Този продукт се състои от цев, бутало, помпа и игла.
- Спринцовката има функция за автоматично изключване и ще се задейства, когато буталото се натисне напълно до дъното на цевта.
- Тази цев трябва да бъде чиста и достатъчно прозрачна, за да се наблюдава лесно.
- Цевта и буталото съвпадат добре и имат добро свойство да се плъзгат, могат да се използват лесно.
- Буталото е лесно и удобно за работа и използване.

### СПЕЦИФИКАЦИЯ

- TKADS01: 1ml, 2ml, 2,5ml, 3ml, 5ml, 10ml.
- TKADS02: 2ml, 2,5ml, 3ml, 5ml, 10ml.
- Размер на иглата: от 18G до 30G

### ИЗПОЛЗВАНЕ

- Първо, проверете срока на валидност и цялостта на опаковката, преди да я използвате;
- Разкъсайте опаковката в отрязаната част и извадете спринцовката с иглата;
- Натиснете и издърпайте буталото, докато се смаже добре;
- Свържете спринцовката с иглата плътно;
- Отстранете предпазната капачка на иглата, след което направете стерилна манипулация според изискванията.

### ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

- Иглата се издига нагоре и изхвърля целия въздух в цилиндъра на спринцовката, в случай че въздухът се инжектира в човешкото тяло.
- Преди отваряне на опаковката тя трябва да е стерилна и непирогенна.
- Срокът на валидност е пет години. Не използвайте, ако срокът му на годност е изтекъл.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Не използвайте, ако опаковката е отворена или повредена, или защитната капачка е разкъсана, или са открити чужди тела.
- Трябва да се използва от специално обучено лице, а кожата трябва да бъде правилно стерилизирана.
- Продуктите не могат да се използват повторно, повторната употреба може да доведе до кръстосана инфекция, дори до сериозни заболявания, като хепатит, ХИВ и други инфекциозни заболявания.

### СЪХРАНЕНИЕ

Продуктът трябва да се съхранява в състояние, при което относителната влажност е по-малка от 80%, също така не трябва да съдържа корозивни газове, да е хладен, сух, с добра вентилация и чист.

### СИМВОЛИ

Уникален идентификатор на устройството	Код на партидата	Каталоген номер	Внимание	Стерилизирано с етиленов оксид
Дата на производство	Производител	Предотвратяване на повторната употреба	Не използвайте повторно	Не използвайте, ако опаковката е повредена
Медицинско изделие	Дата на годност	Да не се рестерилизира	Чупливо, боравете внимателно с него	
Да се пази от слънчева светлина	Поддържайте сух	Не е пирогенно	По този начин нагоре	
Единична стерилна бариерна система	Единична стерилна бариерна система със защитна външна опаковка		BER.: A/0 DATA: 2022-03-08	