



INSTRUCȚIUNI PENTRU SERINGILE DE UNICĂ FOLOSINȚĂ

INDICAȚII DE UTILIZARE

Seringile de unică folosință sunt special concepute ca instrument pentru vene și injectarea soluției hipodermice în corpul uman. Seringile de unică folosință trebuie utilizată împreună cu acul.

Structura principală și proprietățile

- Produsul se compune din tub, plonjor și piston.
- Tubul trebuie să fie curat și suficient de transparent pentru observarea ușoară.
- Tubul și pistonul se potrivesc bine și cel din urmă are o bună proprietate de glisare, fiind ușor de utilizat.
- Plonjorul este convenabil de manipulat și utilizat.

SPECIFICAȚII

- Seringile cu trei părți includ de la 1 ml la 60 ml;
- Seringile cu două părți includ de la 2 ml la 20 ml.

UTILIZARE

- Mai întâi, verificați perioada de valabilitate și integralitatea ambalajului înainte de utilizare;
- Dezlipiți pachetul la partea tăiată și scoateți seringă fără ac;
- Împingeți și scoateți plonjorul până când este bine lubrifiat;
- Conectați acul la seringă și verificați dacă acul este bine atașat la seringă;
- Scoateți capacul protector al acului, apoi realizați cele necesare conform cerințelor de manipulare sterilă.

Avertismente și precauții

- Orientați acul în sus și eliminați tot aerul din tub, în cazul în care există aer care poate fi injectat în vasele de sânge ale corpului uman sau tumoarea în formare, dacă gazul este injectat în țesutul subcutanat;
- Dispozitivul trebuie să fie steril și apirogen înaintea deschiderii ambalajului;
- Perioada de valabilitate este de cinci ani, nu utilizați dispozitivul dacă este expirat;
- A se arunca după utilizarea unică;
- Nu utilizați dacă ambalajul este deschis sau deteriorat sau capacul protector este separat sau se găesc corpuri străine
- Dispozitivul trebuie utilizat de către o persoană special pregătită, iar pielea trebuie sterilizată corect;
- Produsele nu pot fi refozite. Utilizarea repetată poate provoca infectarea încrucișată, chiar și boli grave, precum hepatita, HIV-ul și alte boli infecțioase.

DEPOZITARE

Produsul trebuie păstrat într-o stare în care umiditatea relativă este mai mică de 80% și trebuie să fie lipsită de gaz coroziv, rece, uscată și cu bună ventilație și curată.

ANU SE REFOLOSI	ANU SE FOLOSI DACĂ AMBALAJUL ESTE DETERIORAT	STERILE STERIL	STERILE EO STERILIZAT CU OXID DE ETILENĂ
MD DISPOZITIV MEDICAL	UDI IDENTIFICATOR UNIC AL DISPOZITIVULUI	ATENȚIE	CE 2862
Sistem unic de barieră sterilă	Sistem unic de barieră sterilă cu ambalaj protector pe dinafară	REV.: A/0 ÎN VIGOARE: 2022-01-24	